



EC Declaration of Conformity

Me

CIVCO Medical Instruments Co., Inc., joka harjoittaa toimintaa nimellä CIVCO and CIVCO Medical Solutions
102 First Street South
Kalona, Iowa 52247, Yhdysvallat
Puhelin: 319 248 6757
Faksi: 319 656 4451
Rekisterinumero (SRN): US-MF-000008229

vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että jäljempänä kuvattu lääketieteellisen kuvantamisen lisälaitte...

TD 301A Vakaimet
kuten on määritelty pääluettelossa ML 301A Vakaimet
EU:n UDI-DI-tunniste: 0841436101TD301ALH

on lääkinnällisistä laitteista annetun lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen 2017/745 yleisten turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten ja määräysten mukainen,

luokan I tuotteena lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen 2017/745 liitteen VIII säännön 1 mukaisesti,

ja siihen sovelletaan lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen 2017/745 liitteessä IX esitettyä menettelyä.

Asiaankuuluvat yhteiset eritelvät:
Ei ole

Kalona, Iowa, Yhdysvallat, 26. toukokuuta 2020

Edustaja Euroopan unionin
sääntelyasioissa:
SRN: DE-AR-000005009
MPS
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels, Saksa
Puhelin: 49 6442 32370
Faksi: 49 6442 32578

Person Responsible for Regulatory Compliance			
Name: <u>Laurence Marshall Jr</u>			
Signature: <u><i>Laurence Marshall Jr</i></u> Date: <u>3/20/2023</u>			
Date	Rev	Description	Issued by
26 May 2020	1	Initial MDR Release	Kg
19 July 2021	2	Add Single Registration Number	Kg
14 March 2023	3	Add EAR SRN	kg



EC Declaration of Conformity

TD 301A Vakaimien suunniteltua käyttöä koskeva ilmoitus:

Laitteisto on tarkoitettu transrektaalisten ultraäänikuvauskoettimien kiinnittämiseen, tukemiseen ja käsittelyyn lisäyksen ja lopullisen sijoittamisen aikana.